

下記のものMRI検査に支障が出ます

◆取り外しのできない金属類

検査ができない可能性がありますので、必ず申し出て下さい。



- ・ペースメーカー
- ・人工弁
- ・植込み型除細動器
- ・動脈瘤クリップ



- ・インプラント
- ・差し歯



- ・いれずみ
- ・タトゥー



- ・義眼

- ・人工内耳

- ・体内金属
(例:骨折治療用ボルトなど)

◆取り外しのできる金属類等

検査の前に取り外し(又は持ち込まないように)をお願いいたします。

・補聴器



・入れ歯

・カラーコンタクト

・めがね

・ヘアピン

・ネックレス イヤリング

・アイシャドー

・エレキバン 湿布

・ニトロダーム ニコチネルなど*アルミニウムを含む貼付剤

・金属の付いた下着

・かつら

・義足 義手

・磁気カード

・使い捨てカイロ

・金属の杖

・携帯電話 スマートフォン

・時計 かぎ

上記は主な例です。

不明な点は放射線技師にお問い合わせ下さい。